

令和8年度

高度救急処置シミュレーター仕様書

苫小牧市消防本部

1 総 則

この仕様書は、苫小牧市消防本部（以下「消防本部」という。）が令和8年度に購入する高度救急処置シミュレーターについて定める。

2 商品・仕様・数量

- (1) 高研 分娩介助モデル「ひろこ」 LM-114 1体（又は同等品）
- (2) 高研 分娩介助モデル用外陰部Ⅱ型（経産婦仕様） LM-101M 1個
- (3) 高研 新生児蘇生モデルアドバンス LM-111 1体（又は同等品）
- (4) 下記の仕様に当てはまるものを同等品と認める。

ア 分娩介助モデル

- (ア) 分娩介助の演習ができること。
- (イ) 会陰保護の演習ができること。
- (ウ) 臍帯結紮切断パーツは、1本で複数回の結紮、切断ができること。
- (エ) 胎児モデルと胎盤モデルに接続することで、胎児娩出・臍帯結紮・切断・胎盤娩出までの一連の流れを演習できること。

イ 新生児蘇生モデル

- (ア) 新生児に対する心肺蘇生法の演習ができること。
- (イ) 心音・呼吸音・泣声が再現できること。
- (ウ) 心音・呼吸音の聴診ができること。
- (エ) バッグバルブマスクを用いた陽圧換気の実施及び胸部の挙上を確認できること。
- (オ) 口腔、鼻腔への吸引チューブの挿入ができること。
- (カ) 胸骨圧迫及び胸骨剣状突起の確認ができること。
- (キ) バイタルサインをタブレット等に表示することにより実習者に掲示できること。

3 納入・検収

- (1) 契約締結後、消防本部の指定する場所及び日時に納入すること。
- (2) 本仕様書に基づき納入時に検収を行い、不適合と認めた場合には受注者が無償で修理又は交換を行い、再検収を受けること。
- (3) 「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」のプレートを指定する場所に取り付けること。

4 提出書類

受注者は、納入の際に次の書類を提出すること。

- (1) 納品書 1部
- (2) 取扱い説明書 各1部
- (3) 資器材品名入りカラー写真 各3部

5 保 証

- (1) 納入完了後の検査合格から1年以内に、正常な使用にかかわらず納入品に不具合が生じた際は、受注者が無償で納入品の修理又は交換をすること。(1年以上の保証期間がある物品については、その保証期間とする。)
- (2) 保証期間後であっても設計・材質不良等に起因する故障等が発生した場合には受注者が無償で納入品の修理又は交換をすること。

6 特記事項

- (1) 納品、設置にかかる費用は受注者の負担とすること。
- (2) 物品の搬入に際して、納入品及び既存設備等に損傷を与えぬようあらかじめ適切な養生を行うものとし、万一損傷を与えた場合には、その復旧に要する費用については受注者の負担とする。

7 その他

本仕様書に定めない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議の上決定するものとする。